

측정기기 형식승인서

(앞쪽)

승인번호 제WTMS-TOC-2021-7호		
신청인	상호(사업장명칭) 이엠씨 주식회사	
	성명(법인의 경우 대표자) 염은성	
	주소 경기도 시흥시 마유로 376, 503호 시흥창업센터 (전화번호 : 010-7332-7476)	
	사업장소재지 경기도 시흥시 마유로 376, 503호 시흥창업센터 (전화번호 : 010-7332-7476)	
승인내용	제작사 이엠씨(주)	제작국 대한민국
	기기명칭 총유기탄소 연속자동측정기 및 그 부속기기	형식 ClassicTOC
	상품명(고유명칭) ClassicTOC	측정범위 최소 : 0 mg/L 최대 : 100 mg/L (하·폐수용)
	최소눈금(단위) 0.01 mg/L 0.05 mg/L(최소검출한계)	공인측정오차범위 0.6 % (반복성)
	승인조건	

「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제9조제6항과 같은 법 시행규칙 제5조제3항에 따라 위와 같이 승인합니다.

2021년 7월 20일



국립환경과학원장

